O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligining Texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi

Toshkent shahri, Farobiy ko'chasi, 333A-uy

MA'QULLASH TO'G'RISIDA GUVOHNOMA

Ushbu hujjat

ENERGOTA'MIR

aksiyadorlik jamiyati

KIMYOVIY LABORATORIYASI

(Yuridik manzil: O‘zbekiston, pochta indeksi 100094, Toshkent, Yashnobod tumani, Mo?ynoq ko?chasi, 201-uy..
Joylashgan manzil: O‘zbekiston, pochta indeksi 100094, Toshkent, Yashnobod tumani, Mo?ynoq ko?chasi, 201-uy..)

ilovada keltirilgan ma'qullash sohasiga asosan O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligining Texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi tomonidan texnik jihatdan malakaliligi ma'qullanganligini tasdiqlaydi

Ma'qullash sohasi ushbu ma'qullash to'g'risida guvohnomaning ajralmas qismi hisoblanadi

Reestrda ro'yxat raqami: ML.2003
Reestrda ro'yxatga olingan sana: 06.08.2025 yil
Amal qilish muddati: 05.08.2027 yil

Ma'qullash to'g'risida guvohnomaning amaldagi holati haqidagi ma'lumot O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligining Texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi rasmiy veb-saytida (www.approval.depstan.uz) keltirilgan

2025 yil “6” avgustdagi
ML.2003-son
Guvohnomaga ilova

MA’QULLASH SOHASI

“6” август 2025 йилдаги 1-сон тахрири

ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИИ ПРИ СРП АО«ЭНЕРГОТАЪМИР»

(лаборатория номи)

Joylashgan manzili: 700094,г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Муйнакская,201

т/р	Аникланадиган синов курсаткичлар ёки улчовлар номи	Синов усулларини Белгиланиши ва банди (методлар)	Махсулот номи
1	2	3	4
1	Пробивное напряжение	ГОСТ 6581-75 п 4.2.	Масло трансформаторное
2	Тангенс угла диэлектрических потерь	ГОСТ 6581-75 п.2.2.	
3	Кислотное число	ГОСТ 5985-22 п8.4	
4	Температура вспышки в закрытом тигле	ГОСТ 6356-75 раз. 3.	
5	Наличие воды	ГОСТ 1547-84 п.1.3.	
6	Определение механических примесей	ГОСТ 6370-83 п. 3.	
7	Маслостойкость	ГОСТ 9.030-74 п 2.5.	Резина
8	Определение твердости по Шору	ГОСТ 263-75 раз.3.	